

**Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений (12.03.2019г)**

*согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года
№1729(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017г)*

1. КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи», г. Павлодар, ул. Абая 115, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемого медицинского оборудования, изделий медицинского назначения объема закупа, место поставки, выделенная сумма по каждому товару на 2019 год (см. приложение №1), (см. приложение №2-техническая спецификация на оборудование), см. приложение №3- техническая спецификация на изделия мед. назначения)

3. Сроки и условия поставки- не более 15-ти дней с момента получения заявки

4. Место представления(приема) документов- г.Павлодар, ул.Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 08.00 часов 20 марта 2019года

5. Дата, время и место вскрытия конвертов – 15.00 часов, 20 марта 2019 года по адресу г. Павлодар, ул. Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи».

Приложение №1

Лот №	Международное непатентованное наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма выделенная на закуп	Место поставки
1	Портативный аппарат КЩС(для оценки кислотно-щелочного состояния организма) для санавиации	штука	1	4200000	КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» г.Павлодар, ул.Абая 115
2	Одноразовая тест-карта, определения газов, электролитов и метаболитов, №50	упаковка	1	196000	
3	Капилляры №50	упаковка	2	84000	

В указанную сумму входит доставка, установка оборудования, инструктаж специалиста по работе на данном оборудовании; гарантийный период-12 месяцев от даты монтажа;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Главный врач



К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.
Тел: 8(7182)651816

Техническая спецификация на аппарат для оценки кислотно-щелочного состояния организма

Измеряемые показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений
pH	pH units	6,5-8,0
pCO ₂	mmHg	5-250
pO ₂	mmHg	5-750
Na	mmol/L	85-180
K	mmol/L	1,5-12
iCa	mmol/L	0,25-4
Glu	mg/dL	20-700
Lac	mmol/L	0,30-20,00
Cl	mmol/L	95-115
Crea	mmol/L	45-109
Hct	%PCV	10-75
Расчётные показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений
TCO ₂	mmol/L	1-85
HCO ₃	mmol/L	1-85
Agap	mmol/L	3,0-11,00
BE(ecf)	mmol/L	30-+30
BE(b)	mmol/L	30-+30
sO ₂	%	0-100
Hb	g/dL	3-11
Вид образца:	Капиллярная, венозная или артериальная кровь, а также натуральная среда для эко целей.	
Нужный для анализа объём образца:	97 микролитров	
Время проведения анализа:	30 секунд	
Описание системы:	Система использует технологию Smart Card (измерительных карт с встроенным микропроцессором). Одна измерительная карта позволяет определить все параметры за один раз. Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi. Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth 2.0, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через , беспроводной мобильный Bluetooth принтер. Особенности системы анализа крови: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты со встроенным микропроцессором), которая позволяет определить все измеряемые и расчетные параметры одной тест картой. 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; 8) Мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа. Одна тест карта позволяет определить: Измеряемые параметры: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, Ca, Glu, Lac, Hct, Cl, Crea Расчетные параметры: TCO₂, HCO₃, BE(ecf), BE(b), sO₂, Hb, Agap Физические параметры считывателя тест карт: длина - 215 мм, ширина - 85 мм, высота - 50 мм, вес - 500 г. Физические параметры устройства обработки и хранения информации: длина - 147 мм, ширина - 77 мм, высота - 27 мм, вес - 359 г. Физические параметры одноразовых тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм;	

Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови
(расходный материал для аппарата оценки кислотно-щелочного состояния организма)

Количество в одной упаковке	50 шт/уп	
Измеряемые показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений
pH	pH units	6,5-8,0
pCO ₂	mmHg	5-250
pO ₂	mmHg	5-750
Na	mmol/L	85-180
K	mmol/L	1,5-12
iCa	mmol/L	0,25-4
Glu	mg/dL	20-700
Lac	mmol/L	0,30-20,00
Cl	mmol/L	95-115
Hct	%PCV	10-75
Расчётные показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений
TCO ₂	mmol/L	
HCO ₃	mmol/L	1-85
BE(ecf)	mmol/L	30-+30
BE(b)	mmol/L	30-+30
sO ₂	%	0-100
Hb	g/dL	3,3-25
Особенности карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct. Расчетные параметры: TCO₂, HCO₃, BE(ecf), BE(b), sO₂, Hb. Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм;		
Описание системы:		

В указанную сумму входит доставка, установка оборудования, инструктаж специалиста по работе на данном оборудовании

Главный врач



(Handwritten signature)

Ахметжанов К.К.

Исп: Байжигитова Г.А.
тел:8(7182)65-18-16