

**Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений (14.11.2019г)**

**согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
медицинских изделий, фармацевтических услуг, от 30 октября 2009 года №1729(с
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.05.2019г)**

1. КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи», г. Павлодар, ул. Абая 115, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемых медицинских изделий, место поставки, выделенная сумма по каждому товару на 2019 год (см. приложение №1), (см. приложение №2-техническая спецификация на медицинские изделия),

3. Сроки и условия поставки- до 20 декабря 2019 года

4. Место представления(приема) документов- г.Павлодар, ул.Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 09.00 часов 22 ноября 2019 года

5. Дата, время и место вскрытия конвертов – 15.00 часов, 22 ноября 2019 года по адресу г. Павлодар, ул. Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи».

Приложение №1

Лот №	Международное непатентованное наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма выделенная на закуп	Место поставки
1	Ларингоскоп неонатальный	штука	1	110000	КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» г.Павлодар, ул.Абая 115
2	Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое	штука	3	540000	
3	Матрас иммобилизационный вакуумный	штука	2	480000	
4	Кислородный ингалятор	штука	6	3120000	
5	Контейнер термоизоляционный для инфузионных растворов	штука	3	414000	

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Главный врач



К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.

Тел: 8(7182)651816

Наименование лота	Техническая характеристика
Лот №1 Ларингоскоп неонатальный	Предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии. Многоцветный, стерилизуемый с набором клинков, адаптированы для работы в условиях “скорой помощи”. Включение ларингоскопа происходит автоматически при соединении замка рукоятки с замком клинка и приведении клинка в рабочее положение. Питание ларингоскопа осуществляется от 2 батареек 1,5 В типа С. Чехол выполнен из моющейся водоотталкивающей ткани ПВХ, застегивается на широкую, надежную молнию. Комплект: • Клинок изогнутый № 0 – 1 шт. • Клинок прямой № 0 – 1 шт. • Рукоятка малая - 1 • Руководство по эксплуатации – 1 Техническая характеристика • Клинок изогнутый № 0 длина, ширина, вес (мм, г) – 87+/-0,5; 15,5+/-0,5; 62 • Клинок прямой № 0 длина, ширина, вес (мм, г) – 79,5+/-0,5; 12,49+/-0,5; 59 • Рукоятка малая длина, ширина, вес без батареек (мм, г) – 149,25+/-0,5; 19+/-0,5; 141 • Тип батареек АА • Габаритные размеры в упаковке, мм – 140x25x190 • Масса, кг - 0,3
Лот №2 Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое	Предназначено для обогрева пациента в автомобилях скорой помощи при низких температурах внутри автомобиля и состоянии гипотермии пациента. Точность установки составляет 1 градус. Корпус блока управления защищен от ударов металлической пластиной. Питание термоодеяла осуществляется от бортовой сети автомобиля через разьема прикуривателя. Конструкция термоодеяла позволяет осуществлять сосудистый доступ к любой из рук пациента без отключения нагрева. Мощность 60Вт
Лот №3 Матрас иммобилизационный вакуумный	Применяется при политравмах для иммобилизации позвоночного отдела, костей таза и нижних конечностей на время транспортирования пострадавшего. Комплект: 1.матрас вакуумный-1шт 2 откачивающее устройство (ручной вакуумный насос) – 1 шт 3. транспортная сумка – 1 шт. 4. ремкомплект – 1 шт., 5. ремни фиксирующие-3шт
Лот №4 Кислородный ингалятор	Предназначен для быстрого проведения смесей при проведении аэрозольной и кислородной видов терапии. Техническая характеристика: -7 исполнений; • - ингалятор работоспособен — при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,0 МПа (от 200 до 10 кгс/см²), в интервале температур от минус 20 до + 40 С, в условиях относительной влажности при температуре плюс 25 С до 100%; • регулятор обеспечивает плавное изменение подачи кислорода от 0 до 15 л/мин; • ингалятор с регулируемым клапаном «Вентури» при потоке 10 л/мин обеспечивает изменение концентрации кислорода в газовой смеси от 26 до 50%; • ингалятор с фиксированным клапаном «Вентури» при потоке 10 л/мин обеспечивает содержание кислорода в газовой смеси 40 или 60%;

	• производительность небулайзера по воде при расходе кислорода 8 л/мин составляет не менее 0,2 см³/мин; • небулайзер для распыления лекарств при расходе 8 л/мин обеспечивает не менее 74% объема аэрозоля с размером частиц до 5 мкм; • потеря давления газа в линии пассивного выдоха клапанной коробки при постоянном потоке 25 л/мин не превышает 0,2 кПа (20 мм вод. ст.); • сопротивление клапанной коробки на вдохе постоянному потоку воздуха 25 л/мин не превышает 0,2 кПа (20 мм вод. ст.); • баллон с вентилем герметичен при давлении кислорода до 19,6 МПа (200 кгс/см²); • время работы ингалятора при расходе кислорода 10 л/мин составляет при вместимости баллона (зависит от первоначального давления) — 2,0 л — не менее 30 мин, 1,0 л — не менее 17 мин, 0,8 л — не менее 14 мин; • масса ингалятора, не более — исполнения 1, 2, 3 — 6,8 кг, исполнения 4, 5, 6 — 1,3 кг; • габаритные размеры ингалятора, не более — исполнения 1, 2, 3 — 470×170×350 мм, исполнения 4, 5, 6 — 210×160×180 мм; • средний срок службы — не менее 5 лет. Комплект: 1.кислородный баллон стальной — емкость 2 л; 2.регулятор давления с 1 выходом; 3.анестезиологическая лицевая маска, размер 5 (для взрослых); 4.анестезиологическая лицевая маска, размер 2 (для детей); 5.держатель маски — 2 шт; 6.небулайзер Cirrus 7.фиксированный клапан «Вентури», обеспечивающий 40% O₂; 8.фиксированный клапан «Вентури», обеспечивающий 60% O₂; 9.клапанная коробка с ресивером 10.кислородная трубка, L=1,8 м; 11.мундштук — 22 М 12.футляр 13.инструкция по эксплуатации.
Лот №5 Контейнер термоизоляционный для инфузионных растворов	Предназначен для создания и поддержания рабочего температурного режима инфузионных растворов при транспортировании и временном хранении их в автомобилях скорой помощи. Представляет собой сумку из влагостойкой тентовой ткани с термоизоляционным каркасом, внутреннее пространство которого разделено на два отсека: большой (на 4 флакона) и малый (на 2 флакона), каждый из которых оборудован собственным нагревательным элементом и вентилятором. Алгоритм работы термоконтейнера обеспечивает поочередный нагрев обоих отсеков, но приоритет скорейшего достижения рабочей температуры (34 ± 2°С) сохраняется за малым отсеком. Для удобного размещения и предотвращения взаимного контакта флаконов контейнер оснащен съёмными вкладышами-разделителями. Контейнер имеет плечевой ремень для переноски и ручку для извлечения из транспортировочной ячейки автомобиля. Питание термоконтейнера происходит от бортовой сети автомобиля. Термоконтейнер оснащен переключателем режима питания, что позволяет поддерживать его работу при отключении двигателя во время простоя автомобиля.

Главный врач



К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.
Тел: 8(7282)651816