

**Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений (17.09.2019г)**

**согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года
№1729(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017г)**

1. КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи», г. Павлодар, ул. Абая 115, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемых изделий медицинского назначения, место поставки, выделенная сумма по каждому товару на 2019 год (см. приложение №1), (техническая характеристика см приложение 2)

3. Сроки и условия поставки - согласно графика поставок к договору закупа в течении 3-х дней с момента устной заявки заказчика

4. Место представления (приема) документов - г. Павлодар, ул. Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 09.00 часов 25 сентября 2019 года

5. Дата, время и место вскрытия конвертов – 15.00 часов, 25 сентября 2019 года по адресу г. Павлодар, ул. Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи».

Приложение №1

Лот №	Международное непатентованное наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма выделенная на закуп	Место поставки
1	Датчик температуры кожи, многоразовый для монитора «Infinity Delta»	штука	1	502000	КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» г. Павлодар, ул. Абая 115
2	Контур пациента на аппарат ИВЛ "МЕДУМАТ" Standart a	штука	6	2400000	

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.



Главный врач

Ахметжанов

К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.

Тел: 8(7182)651816


Лот №1 -Датчик температуры кожи, многоразовый для монитора «Infinity Delta»

Техническая характеристика: Многоразовый автоклавируемый датчик температуры накожный, разъем 7-pin, 1,5м. Предназначен для непрерывного измерения температуры тела пациента на прикроватных мониторах пациента, для многократного использования

Лот №2 Контур пациента на аппарат ИВЛ "МЕДУМАТ" Standart a

Техническая характеристика

Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ
1. Общие условия	
Наличие регистрационного удостоверения	Наличие
Категория пациентов	Взрослые и дети с массой тела от 10 кг.
2. Характеристики	
Силиконовая гофрированная спиральная трубка (многоразовый контур пациента)	Наличие
Шаг гофрированного витка дыхательного контура	Не более 4 мм
Длина контура	не менее 150 см
Длина окружности присоединительного патрубка дыхательной трубки	Не менее 37 мм
Площадь внутреннего сечения дыхательного контура	Не менее 75 мм квадратных
Трубка проксимального давления	наличие
Размер вдыхательного отвода клапана пациента	Не менее 13 мм
Трубка выдоха клапана пациента 30 мм контактное гнездо, ISO 5356-1	наличие
Клапан пациента многоразовый, состоящий из: - соединительный наконечник для шланга пациента - верхний элемент управления - нижний элемент управления с приспособлением для спонтанного дыхания - скошенная мембрана - втулка ответвления для спонтанного дыхания - клапанная мембрана ответвления для спонтанного дыхания - клапанная мембрана ответвления для выдоха	наличие
Давление сопротивления клапана пациента на вдохе при потоке 60 л/мин	Не более 7 мбар
Давление сопротивления клапана пациента на выдохе при потоке 60 л/мин	Не более 7 мбар
Давление сопротивления клапана пациента во время спонтанного дыхания при потоке 30 л/мин	Не более 2 мбар
«Мертвое» дыхательное пространство многоразового клапана пациента	Не более 13 мл

Главный врач  **К.К.Ахметжанов**

Исп: Байжигитова Г.А.

Тел: 8(7182)651816

