

**Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений (25.09.2019г)**

*согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года
№1729(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017г)*

1. КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи», г. Павлодар, ул. Абая 115, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемого медицинского оборудования, место поставки, выделенная сумма по каждому товару на 2019 год (см. приложение №1), (см. приложение №2-техническая спецификация на оборудование),

3. Сроки и условия поставки- не более 45-ти дней с момента подписания договора

4. Место представления(приема) документов- г.Павлодар, ул.Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 09.00 часов 03 октября 2019года

5. Дата, время и место вскрытия конвертов – 15.00 часов, 03 октября 2019 года по адресу г. Павлодар, ул. Абая 115, КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи».

Приложение №1

Лот №	Международное непатентованное наименование	Ед. изм	Кол- во	Сумма выделенная на закуп	Место поставки
1	Монитор транспортировки пациентов	штука	1	2 500 000	КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» г.Павлодар, ул.Абая 115

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Главный врач



К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.

Тел: 8(7182)651816

Наименование лота	Техническая характеристика
Лот №1. Монитор транспортировки пациентов	Вес менее 1,5 кг с установленной соответствует требованиям в отношении водонепроницаемости IP44 и пыленепроницаемости, а также прочной ударопрочности. Не требует вентилятора для выработки тепла, в то время как срок службы батареи также увеличивается для длительной транспортировки даже без внешнего источника питания. Встроенная память без затухания помогает хранить данные мониторинга в течение всего транспортного сеанса. Поддерживает параметры 2-канальный IBP. Сенсорное управление. МОНИТОР Степень защиты от поражения электрическим током ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O. – CF. SpO2, NIBP, CO2, AG – BF. Тип защиты от поражения электрическим током не более Class II. Защита корпуса (водонепроницаемость и пыленепроницаемость) IP44. Пассивное охлаждение (без вентилятора) – Наличие. Защита и синхронизация при дефибриляции – Наличие. Размер, не более 185x85,3x116(Д×Ш×В). Вес (стандартная конфигурация, без батареи), не более <1,5 кг. Экран - Не менее 5 дюймов ЖК. Поддержка сенсорного управления – Наличие. Разрешение не менее 800 x 460 пикселей. Уровни тревоги - Не менее 3. Хранение данных: Обзор трендов не менее 1 час при разрешении не более 1 сек. Не менее 120 часов при разрешении не более 1 мин. Тревог/событий мониторинга до 200. Измерений НИАД не менее 1200. Аритмий не более 200. USB порт не менее 1. Емкость батареи не менее 2400 mAh., 11,1 В. Время работы от полностью заряженной батареи - ≥4ч. Сетевой порт передачи данных – Наличие. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА – наличие. • Отведения ЭКГ – наличие. С 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III – наличие. Диапазон входных сигналов - от 0,03 мВ до 10 мВ. Чувствительность не менее 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО . С 5-электродным кабелем - одновременный съем не менее семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V – наличие. Скорость развертки ЭКГ не более 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с. Защита от помех электрохирургического устройства и дефибриллятора. Фильтры сигнала ЭКГ: Диагностический – наличие. Мониторирования – наличие. Хирургический - наличие ЧСС - Наличие Диапазон измерения: Взрослые - 15-300 уд/мин. Дети/новорожденные - 15-350 уд/мин. Точность не менее +/-1 уд/мин. Разрешение не менее 1 уд/мин. Базовый анализ ритма сердца – наличие. Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ – наличие. Диапазон измерения смещения ST сегмента не более +/-2 мВ. Точность не менее +/- 0,02 мВ или не менее 10%. Разрешение не более 0,01 мВ. Защита от дефибриляции и электроинструментов – наличие. Индикация обрыва электродов – наличие. Анализ и классификация аритмий - не менее 33 типов. НИАД - Наличие Способ измерения – осциллометрический. Режим - Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме не более 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. Непрерывный не менее 5 мин, интервал не более 5 сек. Тип измерения - наличие. Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП – наличие. Полоса пропускания Диагностика в диапазоне 0,05-150 Гц. Мониторинг

в диапазоне 0,5-40 Гц. Хирургия в диапазоне 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех - не менее 105 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов в диапазоне +/- 500 мВ.

Диапазон измерения

Взрослые: СИС: 40 - 270 мм рт. ст. ДИА: 10 - 215 мм рт. ст. СРД: 20 - 235 мм рт. ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. ст. ДИА: 10 - 150 мм рт. ст. СРД: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные - СИС: 40 - 135 мм рт. ст. ДИА: 10 - 100 мм рт. ст. СРД: 20 - 110 мм рт. ст. Защита от избыточного давления. Взрослые: 297 ±3 мм рт. ст. Дети: 240 ± 3 мм рт. ст. Новорожденные: 147 ±3 мм рт. ст. Диапазон измерения давления в манжете: 0 - 300 мм рт. ст.

Максимальная средняя ошибка - не более ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение - не более 8 мм рт. ст. Разрешение - не менее 1 мм рт. ст.

Измерение ЧП - наличие

Диапазон измерения 40 – 240 уд/мин. Точность - не более ±3 уд/мин.

SpO2 - наличие

Диапазон измерений 0 - 100%. Разрешение не менее 1%. Точность

Взрослые/дети не менее 2%. Новорожденные не более 3%. Измерение ЧП в диапазоне от 25 до 300 уд/мин. Точность - не более ±2 уд/мин

Температура - наличие

Способ измерения – резистивный. Количество каналов - не менее 2.

Диапазон измерения - от +0 до +50 °С . Разрешение – не более 0,1 °С.

Абсолютная погрешность измерения не более ±0,1 °С. Единицы измерения °С, °F. Время обновления не более 1-2 сек.

Комплектация:

- Кабель ЭКГ не менее 1 шт.
- Электроды неонатальные не менее 10 шт.
- Неинвазивный шланг не менее 1 шт.
- Манжет размером не более 6-11 см, многоразовый, не менее 1 шт.
- Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель не менее 1 шт.
- Пульсоксиметрический сенсорный датчик неонатальный не менее 1 шт.
- Датчик температурный многоразовый, накожный неонатальный не менее 1шт.
- Адаптер сетевого питания не менее 1 шт.
- Бумага для устройства регистрации данных не менее 1 рулон

Крепление для машины скорой помощи не менее 1 шт

Сопутствующие услуги, включенные в стоимость: доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия, инструктаж персонала на рабочем месте.

Гарантийное обслуживание в течение 37 месяцев в соответствии с международными стандартными формами гарантий.

Условия поставки DDP до конечного пользователя.

Главный врач



К.К.Ахметжанов

Исп: Байжигитова Г.А.

Тел: 8(7182)651816